

THƯ MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam..

Bệnh viện Phổi Nghệ An có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm bóng phát tia X của hệ thống CT Scanner 16 dãy cho Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2025” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Nghệ An

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Bà Đặng Thị Ngọc Huyền –Tổ đấu thầu;
-Địa chỉ: Bệnh viện Phổi Nghệ An, xã Nghi Vạn- huyện Nghi Lộc- Nghệ An.

-Số điện thoại: 0978713236

- Email: dauthau.bvpna@gmail.com

3. Các cách thức tiếp nhận báo giá:

Các Quý Công ty có thể gửi báo giá theo một trong các cách thức sau:

- Nhận qua Email: dauthau.bvpna@gmail.com

(Yêu cầu: Gửi bản scan hồ sơ đã đóng dấu và file mềm)

- Nhận qua đường bưu chính, thông tin như sau:

- Bà Đặng Thị Ngọc Huyền –Tổ đấu thầu

- Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.)

- Số điện thoại: 0978713236

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 14/05/2025 đến hết ngày 24/05/2025.

(Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.)

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày kể từ ngày 24/05/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục yêu cầu báo giá:

STT	Tên hàng hóa	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Bóng phát tia X của hệ thống CT Scanner 16 dãy	Bóng	01	

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt, vận chuyển, bảo hành và bảo dưỡng: Tại Bệnh viện Phổi Nghệ An (Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Yêu cầu báo giá bao gồm chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và toàn bộ các loại thuế, phí liên quan.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.

- Thời hạn thanh toán: Trong vòng 30 ngày kể từ khi Chủ đầu tư nhận được đầy đủ chứng từ thanh toán hợp lệ theo quy định của pháp luật

5. Thành phần và quy cách hồ sơ báo giá:

- Bảng giá: Phụ lục 1;

- Bảng đáp ứng yêu cầu mời báo giá: Phụ lục 2;

- Bảng Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật: Phụ lục 3;

- Báo giá: 01 bản in và 01 bản mềm được niêm phong gửi đến bệnh viện Phổi Nghệ An (trên bì thư ghi rõ nội dung báo giá gói thầu: Mua sắm bóng phát tia X của hệ thống CT Scanner 16 dãy cho Bệnh viện Phổi Nghệ An năm 2025) hoặc gửi qua mail: dauthau.bvpna@gmail.com


- Tài liệu kèm theo: Giấy phép đăng ký kinh doanh, hồ sơ năng lực,...

Bệnh viện kính mời các đơn vị quan tâm, có năng lực cung ứng gửi báo giá và các tài liệu liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc (để b/c);
- Website bệnh viện;
- Lưu VT, TĐT.

GIÁM ĐỐC



Đậu Huy Hoàn

PHỤ LỤC 1: BIỂU MẪU HỒ SƠ BÁO GIÁ
(Kèm theo thư mời số: **405**/TM-BVP ngày **14** tháng **5** năm 2025)

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Nghệ An

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Phổi Nghệ An, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các công việc như sau:

1. Báo giá cung cấp cho gói thầu:

STT	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VND)	Thành tiền (VND)	Ghi chú
1	Thiết bị A									
2	Thiết bị B									
n	...									

2. Giá trên đã bao gồm tất cả các chi phí vận chuyển, bảo hiểm, bảo quản, vận hành, chạy thử và các loại thuế, phí theo quy định của pháp luật.

3. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 180 ngày, kể từ ngày 24 tháng 05 năm 2025
4. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phổi Nghệ An. Địa chỉ: Xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
5. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
6. Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Theo hợp đồng kinh tế được ký kết giữa hai bên.
7. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày ... tháng ... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹⁰⁾

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

PHỤ LỤC 2: BẢNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời báo giá số: **405**/TM-BVP ngày **19** tháng 05 năm 2025)

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	Đáp ứng yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật			Tài liệu tham chiếu
		Ký, Mã hiệu	Hãng, nước sản xuất	Thông số kỹ thuật	
1	I. Yêu cầu chung				
2	- Bóng phát tia X-quang dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính				
3	- Chất lượng: mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định nhà sản xuất				
4	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau				
5	- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương				
6	II. Thông số kỹ thuật				
7	- Tương thích hoàn toàn với máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, 32 lát cắt/vòng quay, model: Revolution của hãng GE				
8	Điện áp hoạt động của bóng $\geq 140\text{kV}$				
9	- Tiêu điểm nhỏ: $0,7 \times 0,6\text{mm}$				
10	- Công suất đầu vào Anode: $\geq 42\text{kW}$				
11	- Góc nghiêng Anode quay: $\geq 7^\circ$				
12	- Công suất tản nhiệt cực đại Anode: $\geq 6.2\text{ kW}$ (8680 Hu/giây)				
13	- Lọc tia cố định: $\geq 1\text{mm}$ tại 140kV (theo IEC60522)				

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU	Đáp ứng yêu cầu về cấu hình, đặc tính kỹ thuật			Tài liệu tham
14	- Hệ số tải lọt tia: $\geq 140\text{kV}$ tại 29mA				
15	- Trữ nhiệt lớn nhất của bóng: $\geq 1.43\text{MJ}$ (2.0 MHU)				
16	- Công suất tản nhiệt của khối làm mát: $\geq 4.5\text{kW}$ (6.3 kHu/s)				

PHỤ LỤC 3: BẢNG MÔ TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Kèm theo Thư mời số: **405** /TM-BVP ngày **14** /05/2025)

STT	NỘI DUNG YÊU CẦU
1	I. Yêu cầu chung
2	- Bóng phát tia X-quang dùng cho máy chụp cắt lớp vi tính
3	- Chất lượng: mới 100%, đảm bảo các thông số kỹ thuật theo quy định nhà sản xuất
4	- Năm sản xuất: 2025 trở về sau
5	- Đạt chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương
6	II. Thông số kỹ thuật
7	- Tương thích hoàn toàn với máy chụp cắt lớp vi tính 16 dãy, 32 lát cắt/vòng quay, model: Revolution của hãng GE
8	Điện áp hoạt động của bóng $\geq 140\text{kV}$
9	- Tiêu điểm nhỏ: $0,7 \times 0,6\text{mm}$
10	- Công suất đầu vào Anode: $\geq 42\text{kW}$
11	- Góc nghiêng Anode quay: $\geq 7^\circ$
12	- Công suất tản nhiệt cực đại Anode: $\geq 6.2 \text{ kW}$ (8680 Hu/giây)
13	- Lọc tia cố định: $\geq 1\text{mm}$ tại 140kV (theo IEC60522)
14	- Hệ số tải lọt tia: $\geq 140\text{kV}$ tại 29mA
15	- Trữ nhiệt lớn nhất của bóng: $\geq 1.43\text{MJ}$ (2.0 MHU)
16	- Công suất tản nhiệt của khối làm mát: $\geq 4.5\text{kW}$ (6.3 kHu/s)

